



Les précautions standard¹

Mesures d'hygiène de base à appliquer
par tous les praticiens pour tous les patients²

Hygiène des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique

- Avant tout examen ou soin
- Avant d'enfiler des gants pour un soin
- Immédiatement après le retrait des gants

Rappel : le lavage simple des mains est indiqué :

- à la prise d'activité avec un brossage des ongles
- si les mains sont visiblement souillées ou poudrées

Port de gants

- **Systématique** pour tout examen ou soin exposant à un risque de **contact avec le sang** ou les **liquides biologiques** et lors de la manipulation d'**instruments souillés**
- Retrait immédiatement après le soin
- Port de gants **non poudrés** recommandé : permet dès leur retrait l'application des produits hydro-alcooliques

Port de masque et lunettes de protection

- **Systématique** pour tout soin avec **risque de projection** du sang ou des liquides biologiques
- Masque éliminé dès son retrait dans la **filière DASRI**

Tenue professionnelle

- Tunique **adéquate**
- Changée **quotidiennement** ou entre chaque patient si nécessaire et **en cas de souillures**

Prévention des Accidents exposants au sang (AES)

- Respect de la **limite de remplissage** des boîtes à Objets piquants/coupants/tranchants (OPCT) : **< 3/4 de volume**
- Boîte à OPCT disposée à **portée des mains** pour une élimination **immédiate**
- Manipulation avec **précautions** de l'instrumentation à risque AES
- **Interdiction** de recapuchonnage

Traitement des surfaces souillées

- **Toutes les surfaces souillées par des liquides biologiques** font l'objet d'un **nettoyage-désinfection** avec un détergent-désinfectant de surface. Seuls les produits ayant un marquage CE peuvent être utilisés sur les surfaces de dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE)

Matériels souillés

- **Immergés immédiatement** après l'usage dans un bain de produits détergents-désinfectants³, situé **dans la salle des soins**

1 - Circulaire DGS/DH N° 98-249 du 20 avril 1998
2 - http://www.sfhf.net/telechargement/recommandations_preventiontransmissioncroiseeSFHH.pdf
3 - Normes NF EN 13727, NF EN 13624, NF EN 14476